

# BM-014 補足説明書

## Additional Information for BM-014

取扱説明書 P. 3 の内容を修正します。


This document is to correct the description on page 2 of the INSTRUCTION MANUAL.

### 1. 製品構成

#### 1-1 Unpacking the Tester

キャリングケースの中には以下のものが収納されています。

The illustration below shows the content of this kit.



\*1 USBシリアルコンバータは出荷時は別梱包となっておりますが、キャリングケースに収納出来ます。  
The USB converter is shipped in a separate package, but it can be placed in the carrying case as shown above.

\*2 温度計は出荷時に専用パッケージに入っています。パッケージから出してキャリングケースに収納出来ます。  
(This annotation is only for Japanese domestic model.)

\*3 30ml計量容器の実際の容量は25mlです。  
The actual capacity of the 30 ml sample cup is 25 ml.