A&D
ម៉ូនីទ័រពិនិត្យសម្ពាធឈាមបែបឌីជីថល
Model UA-654MR
សៀវភៅណែនាំ

ច្បាប់បកប្រែ
1WMPD4004648A

1. សូមជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោព

- ☐ អបអរសាទរចំពោះការទិញឧបករណ៍ជាស់សម្ពាធឈាម A&D ទំនើបទាន់សម័យ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឆ្លើយតបស្រួលប្រើនិងភាពត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍នេះនឹងជួយសម្រួលដល់សម្ពាធឈាមប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។
- ☐ យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យលោកអ្នកអានសៀវភៅណែនាំនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើឧបករណ៍នេះ ដោយសារការងាកមើលនាពេលអនាគត។

2. កំណត់សម្គាល់ជំហ្វង

- ☐ ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើលើមនុស្សពេញវ័យ មិនមែនទារកកើតថ្មី ឬកុមារតូចនោះទេ។
- ☐ បរិស្ថានសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ឧបករណ៍នេះ គឺសម្រាប់ប្រើដើម្បីដំណើរការដោយខ្លួនអ្នកនៅក្នុងបរិយាកាសលំនៅដ្ឋានៈសម្រាប់ថែទាំសុខភាព។
- ☐ ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវាស់សម្ពាធឈាម និងអត្រាជីពចររបស់មនុស្ស ដើម្បីធ្វើពេតាវិនិច្ឆ័យ។

3. ប្រុងប្រយ័ត្ន

- ☐ សមាសធាតុច្បាស់លាស់ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផលិតឧបករណ៍នេះ។ អ្នកគួរអៀសវាងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពកម្រិតខ្លាំង សំណើម ពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ ការធាក់ ឬធ្លាយដំបី។
- ☐ សម្ពាធឧបករណ៍ និងប្រដាប់រុំដោយក្រណាត់ទន់ ស្ងួត ឬក្រណាត់ដែលសើមដោយទឹក និងម្សាប៉ាសាប៊ូណឹត។ មិនត្រូវប្រើជាតិអាល់កុល ជាតិ បេនហ្សេន សារធាតុគីមីស្តើង ឬដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងដទៃទៀតដើម្បីសម្អាតឧបករណ៍ ឬប្រដាប់រុំនោះទេ។
- ☐ រៀសវាងកុំបត់ប្រដាប់រុំដែន ឬទុកទុយោដែលបត់ដែនរយៈពេលយូរ ព្រោះការធ្វើបែបនេះអាចបន្ថយអាយុកាលរបស់សមាសធាតុ។
- ☐ ឧបករណ៍ និងប្រដាប់រុំមិនធន់នឹងទឹកទេ។ ទប់ស្កាត់ទឹកត្រៀង ញើស និងទឹកពីការធ្វើឱ្យប្រឡាក់ឧបករណ៍និងប្រដាប់រុំ។
- ☐ ការាស់អាចនឹងមិនត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើនៅជិតទូទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនមីក្រូវេវ ទូស័ព្ទចល័ត ការ៉ុស្មីអ៊ិច ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានចរន្តអគ្គិសនីកម្លាំងខ្លាំង។
- ☐ នៅពេលប្រើឧបករណ៍ឡើងវិញ ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍នេះស្អាត។
- ☐ គ្រឿងបរិក្ខារ គ្រឿងបន្ទាស់ និងថ្មដែលប្រើរួច មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការសំណល់ក្នុងផ្ទះធម្មតាឡើយ ហើយត្រូវតែបោះចោលតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ជាធរមាន។
- ☐ នៅពេលប្រើអាដាប់ទ័រ AC, ត្រូវប្រាកដថាអាដាប់ទ័រ AC អាចចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលពីភ្លើងនៅពេលចាំបាច់។
- ☐ កុំកែប្រែឧបករណ៍ឱ្យសោះ។ វាអាចបណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ ឬមានការខូចខាតដល់ឧបករណ៍។
- ☐ ដើម្បីវាស់សម្ពាធឈាម ប្រដាប់រុំត្រូវតែរឹបដៃខ្លាំងល្មមដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរឈាមតាមសរសៃឈាមជាបណ្តោះអាសន្នសិន។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យឈឺចាប់ ស្ពឹក ឬស្នាមក្រហមបណ្តោះអាសន្ននៅលើដៃ។ លក្ខណៈនេះ នឹងលេចឡើង ជាពិសេសនៅពេលការាស់ត្រូវបានធ្វើច្រើនដង។ ពាស់ការឈឺចាប់ ស្ពឹក ឬស្នាមក្រហមនឹងបាត់ទៅវិញតាមពេលវេលា។
- ☐ សូមប្រយ័ត្នរៀសវាងកុំរ៉ូវស្នាមរបស់ទារក ឬកុមារតូចដោយចៃដន្យជាមួយទុយោ និងដៃខ្សែ។
- ☐ សូមកុំបត់ទុយោអំឡុងពេលវាស់។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត ដោយសារតែសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរបស់ប្រដាប់រុំ។
- ☐ សូមប្រយ័ត្នរៀសវាងកុំឱ្យវីស្នាមក ឬកុមារតូចដោយចៃដន្យជាមួយទុយោ និងដៃខ្សែ។
- ☐ សូមកុំបត់ទុយោអំឡុងពេលវាស់។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត ដោយសារតែសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរបស់ប្រដាប់រុំ។
- ☐ ការាស់សម្ពាធឈាមញឹកញាប់ពេក អាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការចលនាចរន្តឈាមហួស។ វិនិត្យមើលជាប្រចាំបុគ្គិតិកម្ម៉ាការនេះ ទំនងបណ្តាលឲ្យមានការចុះខ្សោយនៃចរន្តឈាមអត់ នៅពេលដែលប្រើនេះ ឧបករណ៍ម្តងហើយម្តងទៀតនោះទេ។
- ☐ ប្រសិនបើអ្នកមានការវះកាត់សុដន់ សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលប្រើឧបករណ៍នេះ។
- ☐ កុំអនុញ្ញាតឱ្យកុមារប្រើឧបករណ៍ដោយខ្លួនឯង ហើយកុំប្រើឧបករណ៍នេះនៅកន្លែងដែលកុមារតូចណាងដល់។ វាអាចបណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ ឬមានការខូចខាត។
- ☐ មានគ្រឿងតូចៗដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយការស្តាក់ ប្រសិនបើទារកលេបដោយមិនដឹងខ្លួន។
- ☐ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងតតាន្ទ្រនាដ ដូចជាឧបករណ៍បណ្តាញក្នុងផ្ទះ ទូរស័ព្ទចល័ត ទូទូសេព្ទឥតខ្សែ និង បណ្តាញព័ត៌មានរបស់ពួកគាត ឧបករណ៍ អាយកូម ក็អาจ ចប់ៈពាល់ដល់ឧបករណ៍ជាស់សម្ពាធឈាមនេះ។ ។ ដូច្នេះ គួរអោយចម្ងាយអប្បបរមា 30 សម ពីឧបករណ៍នេះ។
- ☐ ដកអាដាប់ទ័រ AC នៅពេលមិនប្រើអំឡុងពេលវាស់។
- ☐ ការប្រើឧបករណ៍បន្ថែមទៀត ដែលមិនបានរៀបរាប់លំអិតនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ អាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាព។
- ☐ ប្រសិនបើថ្មឆ្លងភ្លើង ភ្លាមចេញ ហើយអាចបណ្តាលឱ្យឆេះ។
- ☐ អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍នេះសម្រេចនូវទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញ មុនពេលប្រើប្រាស់ (ប្រហែលមួយម៉ោង)។
- ☐ ការធ្វើតេស្តរ៉ាដារ ២ នេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះទារកទើបកើត និងប្រ្ត្ត្ត